PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1147/2025
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2025 - PMI

AVISO DE ERRATA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

ITEM ANALISADOR BIOQUÍMICO

ONDE SE LÊ:

Capacidade mínima de processamento de 200 testes fotométricos/hora (sem ISE); Carrossel de reagente refrigerado; O disco inteiro pode ser removido e colocado no refrigerador; Cuvetas reutilizáveis com estação de lavagem automática; Mixer independente; Probe de amostra e outra probe de reagentes;

LEIA-SE

Capacidade mínima de processamento de 200 testes fotométricos/hora (sem ISE); Carrossel de reagente refrigerado; O disco inteiro pode ser removido e colocado no refrigerador; Cuvetas reutilizáveis com estação de lavagem automática; Mixer independente; Probe de amostra e outra probe de reagentes **(será aceito equipamento que apresente uma única probe para reagente e amostra);**

Informações: Avenida dos Estudantes, 352 - Ibiporã/PR, no Departamento de Licitação, Secretaria de Administração, das 8h00min às 17h00min - Telefone (43) 3178-8495. Retirada do edital no endereço www.ibipora.pr.gov.br.

Assinado eletronicamente no final do documento com base no Decreto nº 403/2021.

MARIO LUIZ SOARES REGHIN: 05743518920

Assinado digitalmente por MARIO LUIZ SOARES REGHIN:05743518920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=19963579000116, OU=videoconferencia, CN=MARIO LUIZ SOARES REGHIN:05743518920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.05 15:58:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0